COVIDIEN

*2011 年 10 月 29 日改訂（第 2 版）
2011 年 8 月 8 日作成（第 1 版）

医療機器認証番号　218AABZX00036000

機械器具(74)　医薬品注入器
JMDN コード：70376000　ポンプ用経腸栄養注入セット
管理医療機器

カンガルー e ポンプ ポンプセット
（フィードオンリーRTH アダプタタイプ）

再使用禁止

【警告】
1. 本品の使用前に、この添付文書および専用の「カンガルーe ポンプ(製品番号 782400)」（以下、専用ポンプ）の取扱説明書のすべてを熟読すること。
2. 本品は、医師および医師の指示を受けた専門の医療従事者のみが使用すること。
3. 本品と栄養チューブの接続部の漏れや外れに注意し、増し締め、締め直し等の適切な処置を行うこと［接続部は使用中に緩むことがあるため］。
4. 本品を他の製品と接続する場合は、接続部が確実に接続されていること、閉塞やリークなどが生じていないことを、接続時および使用時に確認すること。

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止。使用後は廃棄する。
2. 栄養剤投与の際は、専用ポンプ以外を用いないこと［栄養剤の投与ができず、また、本品の破損、損傷の恐れがあるため］。
3. 本品はポンプ用経腸栄養注入セットである。他の目的には使用しないこと。
4. 専用ポンプで規定している速度、精度およびその他の設定では適用ができない患者には使用しないこと。
5. 本品に使用されている素材に対しアレルギー体質またはかぶれやすい患者には使用しないこと。
6. 接続箇所のコネクタをアルコール含有薬剤で消毒しないこと［アルコール等との接触によりコネクタにひび割れ等が生じる恐れがあるため］。
7. 本品は同一患者使用である。複数の患者に使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等



製品番号	名　称
974655R	カンガルーe ポンプ RTH アダプタ セット

薬液等を通じて間接的に身体に接触する部材の原材料
・チューブ ：ポリ塩化ビニル
本品は DEHP（フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用していない。

2. 原理
本品は、栄養剤を入れる容器部と接続するための回路部からなる。回路部は、RTH アダプタ、チューブ、アンチフリーフローバルブ（AFF バルブ）、リテーナ管、誤接続防止コネクタ等で構成され、容器から患者に留置した栄養剤補給用チューブまでの流路となる。なお、本品は、専用ポンプに装着して使用する。

【使用目的、効能又は効果】

1. 使用目的
胃若しくは腸へ栄養を投与するためのポンプ用経腸栄養注入セットで、患者に留置した栄養補給用チューブに接続して使用する。尚、コネクタ部分は輸液ラインとは異なる誤接続防止タイプである。

【品目仕様等】

1. 安全性に関する規格
JIS T 3213:2005「栄養用チューブ及びカテーテル」の 4.1 経腸栄養投与セットの 4.1.1 引張り強さ、4.1.2 コネクタ（形状及び接続時の安定性）、4.1.3 漏れ試験、4.3 コネクタの 4.3.1 引張り強さ、4.3.2 漏れ試験の要求を満たす。
使用限度圧： 103kPa

【操作方法又は使用方法等】
本品は、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
本品は、専用ポンプと併用する経腸栄養注入セットである。
1. RTH アダプタを栄養剤用の容器に取り付けた後、栄養剤の容器に必要量の栄養剤を注入する。
2. 1 の容器のキャップを締めて吊るす。
3. 専用ポンプ（別売）のコントロールパネル右下部の電源ボタンを押す。
4. 専用ポンプの青いカバーを開け、本品を所定の位置にセットする。
5. 本品をセットするには（図 1 を参照）：
   (1) AFF バルブのツマミ（図 1-1）を持ち、専用ポンプのローター左側のくぼみにバルブを取り付ける。
   (2) リテーナ管（図 1-3）を持ち、ポンプチューブをポンプのローター（図 1-2）にそっと伸ばしながら巻きつける。リテーナ管を引き上げ、ローター右側のくぼみに取り付ける。
   (3) AFF バルブのツマミを押し下げ、バルブが確実に取り付けられていることを確認する。ツマミがロケーティングリブと揃うよう取り付ける（図 2）。
   (4) 青いカバーを閉じる。
   注記：専用ポンプのディスプレイに「セット装着完了」と表示される。
6. 本品を患者の栄養補給用チューブに接続する前に、専用ポンプのディスプレイに従ってプライミングを行う。
7. 栄養投与を開始する。

注意：・本品は栄養剤投与にのみ使用する。
・24 時間ごとに本品を交換することを推奨する。
・1 患者に 1 品を使用すること。



図 1

ME-A5GSTREPST08(02)

専用ポンプの取扱説明書を必ず参照すること

図 2

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

(1) 医師の指示以外で使用しないこと。
(2) 包装の破損したもの、開封済みのもの、あるいは水濡れしたものは使用しないこと。
(3) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
(4) 本品を金属鉗子等でクランプしないこと。
(5) 本品は自然滴下による栄養剤の投与はできないので、必ず別売の専用ポンプを用いて使用すること。
(6) 接続部は使用中に緩むことがある。漏れや外れに注意し、締め直し等の適切な処置を行うこと。
(7) 設定された流量で栄養剤が流れているか、定期的に確認すること。
(8) 本品の専用ポンプの操作方法や取り扱いについては、機器の取扱説明書に従うこと。
(9) 本品と接続する栄養補給用チューブに関しては、付属の添付文書等を参照すること。
(10) 栄養剤の添付文書に従い投与すること。チューブに詰まりが生じる可能性のある薬液等を投与しないこと。
(11) 本品は 24 時間ごとに交換することが推奨されている。
(12) マグネットを挟んだり、強い衝撃を加えないこと［マグネットが破損する恐れがあるため］。
(13) 全操作中に穿刺具、メス、ハサミ、縫合針等をバッグやチューブに接触させないこと［傷付けて液漏れが生じる恐れがあるため］。
(14) コネクタの着脱はチューブを引張らないで、コネクタを把持しながら行うこと［チューブ接続部の破損、外れが生じる恐れがあるため］。
(15) 有機溶剤との接触は避けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. **貯蔵・保管方法**
   高温、多湿、直射日光、水濡れを避け、室温で保管すること。
2. **有効期間・使用の期限**
   外装表示参照

【包装】

1 箱 30 個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：
コヴィディエン ジャパン株式会社
〒158-8615 東京都世田谷区用賀 4-10-2
お問い合わせ先： 0120-998-971

外国製造業者名：
Covidien
（コヴィディエン）
タイ王国

*販売元：
日本コヴィディエン株式会社
お問い合わせ先： 0120-998-971